

感染対策チェックシート NICU

施設名： _____
 部署： _____
 評価日： _____
 評価者： _____

評価 ○ できている
 × できていない
 NA 該当なし

場所	評価項目 ★：重点評価項目 無印：自己チェック項目	評価	コメント
空調	★NICU内はHEPAフィルターを使用するなど陽圧換気であることや温度・湿度を確認している		
	給排気口に埃などがたまらないように定期的に清掃している		
テ ス タ シ ッ ク ン ス	アルコール手指消毒薬に開栓日あるいは使用期限を記載し使用期限を守っている		
	手洗いシンクは自動水栓である		
	液体石けんは継ぎ足していない		
	ペーパータオルはビニールを外してホルダーに収納している		
	シンクは1日に1回程度の定期的清掃がされている		
保 育 器 ・ コ ツ ト	★各病床にアルコール手指消毒薬、手袋、エプロン、マスクが設置され、必要時にアイガードも使用できるようエリア内に準備されている		
	新生児に触れる前に手指衛生を行い、血液・体液・排泄物に触れる時は手袋を着用している		
	聴診器や血圧計などの医療器具は患者毎の専用になっている		
	保育器・コットの清掃が毎日行われている		
	★病床周辺に配置のワゴンには、必要最低限の物品を配置し、清潔な物品と不潔な物品が混在していない		
	保育器に不要な物品や不潔な物品を入れてない		
	保育器のメンテナンスが定期的に行われている		
	新たな新生児に使用する前に、保育器は清潔にされている		
	患者あたりの病床面積が確保され、保育器周辺に必要な感染性廃棄物が設置されている		
	廃棄物の容器に分別の表示がされ感染性廃棄物が正しく分別されている		
調 乳	★調乳エリアは病床エリアと区分けされている		
	調乳場所と使用後器材（哺乳瓶や経管栄養チューブなど）の回収場所は、空間的あるいは時間的に完全に分けられている		
	調乳前に手指衛生を行い、手袋を着用している		
	調乳したミルクは5°C以下のミルク専用冷蔵庫で保管されている		
	調乳したミルクは24時間以内に使用されている		
	★冷蔵庫の温度は1日1回以上確認されている		
	★冷凍母乳は解凍器を使用または流水下で解凍する場合もシンクは清潔に保たれている		
	乾式のミルク加温器を使用している		
沐 浴 槽	ミルク加温器は毎日清拭清掃している		
	沐浴槽は新生児使用ごとに洗浄されている		
	使用していない沐浴槽の乾燥が保持されている		
	沐浴槽の周りの水に濡れる場所に滅菌物や清潔リネンなどは置かれていない		